PDF-XCHANGE Click to buy NOW! www.docu-track.com

Whiteness Perfect

Blanqueador Dental para dientes vitales

CE 0499

Manual de Instrucciones Español

Solamente Uso Profisional

Lea con atención todas las informaciones de esta receta antes de utilizar el producto. Guardela para consulta, lo mínimo, hasta el total consumo del producto y/o hasta que no halla mas interacción del producto con su último paciente.

Descripción del Producto

La formula del gel blanqueador dental Whiteness es basada en productos ya conocidos en el mercado mundial y combina igualmente la alta viscosidad del gel de carbopol con el efecto blanqueador del peróxido de carbamida para obtención de eficacia en el blanqueamiento dental. El pH del gel es neutro para que no provoque la descalcificación del esmalte y de la dentina. Whiteness Perfect es el gel blanqueador que posee, además de glicol y alto tenor de agua, nitrato de potasio y fluoruro de sodio como desensibilizantes. Si el contenido del kit, se administra correctamente, es suficiente para un blanqueamiento completo y duradero de las dos arcadas. El Mini kit contiene gel suficiente para el blanqueamiento de una arcada o para un retoque completo. El gel es aplicado en una férula individual y puede ser usado durante la noche mientras el paciente duerme o durante el día, dependiendo de la orientación del odontólogo. Se recomienda que el gel permanezca en contacto con los dientes por un periodo de 3 a 4 horas diarias (el tiempo que dura la actividad del gel).
Whiteness perfect 22% puede ser utilizado durante 1 hora por día.
Alternativamente, pueden ser indicados tiempos mayores o menores de acuerdo con el caso.
El tratamiento dura, en casos normales y cuando usado diariamente, de 10 a 14 días. La frecuencia o el tiempo de utilización del gel puede, entretanto, ser diminuida para minimizar efectos de sensibilidad. En general, los resultados del blanqueamiento ya se tornan visible después 3 a 5 días de uso.

La selección de la concentración: Whiteness Perfect está disponible en las siguientes concentraciones: 10%, 16%.y 22%. En los casos de pigmentación normal (natural) por edad o por cigarrillo, café o cuando la sensibilidad dental se manifiesta con mayor intensidad es indicada la utilización del gel a 10%. En los casos de pigmentos mas acentuados, de mayor dificultad de remoción o cuando se desea obtener resultados visibles en tiempo más corto, es indicada la utilización del gel a 16% o 22%.
En casos de manchas por tetraciclina se puede esperar alguna mejoría, aunque solamente en los casos más leves se obtienen resultados más satisfactorios, siendo necesarios tiempos de tratamiento más largos.

Formas de presentación

Kit Whiteness Perfect 10% y 16%: 5 jeringas de gel blanqueador conteniendo 3g cada una, 5 punteras para aplicación del gel, 2 placas en vinil con 1mm de espesura para confección de las férulas, 1 estuche para guardar las férulas, instrucciones para el profesional y para el paciente.

Kit Whiteness Perfect 22%: 4 jeringas de gel blanqueador conteniendo 3g cada una, 4 punteras para la aplicación del gel, 2 placas de vinil con 1mm de espesura para la confección de las férulas, 1 estuche para guardar las férulas, instrucciones para el profesional y para el paciente.

Mini kit Whiteness Perfect 10 y 16%: 3 jeringas de gel blanqueador conteniendo 3g cada una, 3 punteras para aplicación del gel blanqueador, instrucciones para el profesional y para el paciente.

Bulk: 50 jeringas con 3g de gel cada una, empacadas individualmente.

Composición Básica

Peróxido de Carbamida, carbopol neutralizado, nitrato de potasio, fluoruro de sodio, humectante (Glicol), agua desonizada.

PDF-XCHANGE Click to buy NOW! www.docu-track.com
PDF-XCHANGE Click to buy NOW! www.docu-track.com

Indicación del Producto

Whiteness Perfect es indicado para el blanqueamiento de dientes vitales utilizando la técnica de blanqueamiento casero supervisado por un odontólogo. El producto blanquea dientes oscurecidos por la edad y naturalmente oscuros o amarillos, dientes manchados por pigmentos de origen externa como café, tabaco, té, etc

Precauciones y Contra-Indicaciones

- El uso del producto debe ser indicado y realizado siempre con acompañamiento de un odontólogo.
- La salud de la cavidad bucal debe ser evaluada previamente al tratamiento. Fisuras en el esmalte, infiltraciones en restauraciones, dentina expuesta y otros factores que puedan comprometer el tratamiento del blanqueamiento deben ser solucionadas antes de iniciarse el tratamiento. El producto es contra-indicado para pacientes que no puedan solucionar los problemas anteriormente citados.
- El producto no es indicado para blanqueamiento de dientes con Amelogenesis o dentinogenesis imperfecta, fluorosis severa, manchas intensas por tetraciclina y otras anomalías de esmalte e dentina que coloquen en riesgo la vitalidad del diente.
- El producto no es indicado para blanqueamiento en gestantes, lactantes y pacientes menores de 15 años.
- El producto no es recomendado para personas que se hallan sometido recientemente a cirugía gingival o con inflamación del tejido gingival y personas con reacciones alérgicas al producto.
- Examine el paciente para asegurarse de que los dientes estén libres de carie e infiltraciones en restauraciones, que tenga los tejidos gingivales saludables y esté libre de otros problemas que puedan provocar sensibilidad o dolor durante el blanqueamiento.
- Instruya el paciente sobre el nivel de resultados que pueden ser obtenidos con el o blanqueamiento. Explique que materiales restauradores no blanquean y que tendrán que ser cambiados al final del tratamiento (usualmente 7 días después del término del blanqueamiento), que dientes no vitales pueden blanquear con menor intensidad y que, eventualmente, será necesario blanqueamiento especial de este elemento (Whiteness Super Endo).
- Se sugiere obtener una fotografía del caso antes y después del blanqueamiento para mejor observación de los resultados. También se sugiere hacer blanqueamiento de una arcada por vez. De esta forma una arcada servirá de referencia para la otra.
- Dientes oscurecidos por antibióticos (tetraciclina) tal vez no blanqueen con la misma intensidad que dientes normales. Dientes con tonos gris, mismo que no tengan origen en uso de tetraciclina, tampoco pueden responder bien al blanqueamiento.
- Restauraciones de amalgama pueden provocar cierto oscurecimiento de la férula en el local de contacto directo con el gel (pueden sufrir oxidación superficial).
- Enseñe el paciente a colocar el gel en la férula. El exceso de gel debe ser evitado y removido con auxilio del cepillo de dientes o el propio dedo. El contacto prolongado con la encía puede resultar en alguna irritación localizada.
- Entregue al paciente el folleto con sus instrucciones y enfatice la importancia da su lectura.
- Informe al paciente que podrá sentir un aumento da sensibilidad de los dientes a variaciones de temperatura, principalmente al frío.

.

Caso la sensibilidad sea proveniente de exposición del cuello dental por recesión gingival u otro factor adverso, haga la protección de la región o recorte la férula hasta la unión cemento - esmalte para evitar el contacto prolongado del gel con la región sensible. En estos casos se puede esperar que la región descubierta no blanquee con la misma intensidad. Hay casos en que la sensibilidad no es de fácil tratamiento. Si ninguna de las formas de tratamiento descrito surte efecto, se puede todavía prescribir la utilización do gel en días intercalados, a cada 3 días o por 1 a 2 horas por día prolongándose el blanqueamiento. En estos casos se recomienda la utilización del gel de menor concentración (10%). Generalmente la sensibilidad desaparece en lo máximo, 3 días. Si el paciente siente demasiado incomodo o presenta alguna reacción alérgica al producto, se debe suspender el tratamiento.

PDF-XCHANGE Click to buy NOW! www.docu-track.com
PDF-XCHANGE Click to buy NOW! www.docu-track.com

Oriente el paciente a evitar la ingestión de bebidas o alimentos ácidos porque estos pueden causar aumento de la sensibilidad durante el blanqueamiento. Bebidas o alimentos fuertemente coloreados también deben ser evitados para que el blanqueamiento no sea perjudicado.
Acompañe el blanqueamiento solicitando el retorno del paciente a cada 5 a 7 días, por ejemplo, para evaluación del tratamiento, principalmente en el inicio del blanqueamiento.

Puede suceder también, irritación gingival cuando se usan enjuagatorios bucales o cremas dentales de sabor fuerte antes del uso de la férula con el gel. Se recomienda que, caso se desee hacer uso de estos productos, se dé un intervalo de por lo mínimo 30 minutos (el tiempo suficiente para el desaparecimiento de la sensibilidad) entre el uso del enjuagatorio o crema dental y el o uso del gel. El cepillado agresivo sobre la encía también puede sensibilizarla y resultar en alguna irritación por el gel. Cuando el recorte de la férula es deficiente puede ocurrir lesión en la región donde la férula toca y en estos casos también puede ocurrir irritación causada por el gel.

Efectos colaterales

- Es normal la ocurrencia de sensibilidad dental durante el blanqueamiento. Si la sensibilidad se torna incomoda trate los dientes con el gel Desensibilize KF 0,2% (sensibilidad moderada a baja) o Desensibilize KF 2% (sensibilidad moderada a alta). Cuanto mayor la concentración de Peróxido mayor la posibilidad de tenerse sensibilidad dental.
- El blanqueamiento puede hacer aparecer o destacar áreas de hipocalcificación debido al blanqueamiento diferenciado (más intenso) de estas áreas. En algunos casos esas manchas desaparecen debido a la deshidratación del esmalte tras la finalización del blanqueamiento. El tratamiento con flúor de esas regiones también puede auxiliar su desaparecimiento.
- Algunos pacientes pueden sentir leve irritación gingival, lengua o labios, generalmente proveniente del uso en exceso de gel en la férula.

Instrucciones de Uso

Vea las instrucciones del manual de instrucciones del paciente

Conservación y Almacenamiento

Almacenar el producto en temperaturas entre 5 y 20 °C. No congelar el producto. Proteger de la incidencia de la luz solar directa.

Advertencias:

No utilizar el producto fuera del plazo de validad. Para el desecho del producto siga la legislación de su país. Mantener fuera del alcance de los niños

Irritante para ojos y piel en concentraciones entre 5% y 8% de Peróxido de Hidrógeno (16% a 25,6% de Peróxido de Carbamida)

Fabricado por:

DENTSCARE LTDA
Avenida Edgar Nelson Meister, 474
Barrio: Distrito Industrial
89219-501 – Joinville – SC
Fono: (047) 34416100 /Fax: (47) 34273377
Autorización de Funcionamiento MS P5X44XY0XX28
CNPJ: 05.106.945/0001-06
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Registro en la ANVISA Nº 80172310020
Responsable Técnico: Friedrich Georg Mittelstadt
CRQ: 13100147-SC
Marca:

PDF-XCHANGE Click to buy NOW! www.docu-track.com
PDF-XCHANGE Click to buy NOW! www.docu-track.com

FGM PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.

Atendimiento al Profesional:
+ 55 (47) 34416100
www.fgm.ind.br
fgm@fgm.ind.br

EC REP **Cinterqual**
Av. Ressano Garcia,41 - 1º F
1070234 Lisboa Portugal
Fone: +351 21 3867321

Este material fue fabricado solamente para uso dental y debe ser manipulado de acuerdo con las instrucciones de uso. El fabricante no es responsable por daños causados por otros usos o por manipulación incorrecta. Además de esto, el usuario está obligado a comprobar, antes del empleo y bajo su responsabilidad, si este material es compatible con la utilización deseada, principalmente cuando esta utilización no está indicada en estas instrucciones de uso. Descripciones de datos no constituyen ningún tipo de garantía y, por eso, no poseen cualquier vínculo.

Rev: 04

PDF-XCHANGE Click to buy NOW! www.docu-track.com

Whiteness Perfect

Blanqueador dental para dientes vitales

CE 0499

Manual de Instrucciones
Español

Instrucciones para el Paciente

Lea con atención todas las informaciones de esta bula antes de utilizar el producto. Guárdela para consulta, por lo menos, hasta el total consumo del producto y o até hasta que no halla más interacción con el producto.

Instrucciones de Uso

Fig 1. Presione el embolo de la jeringa y aplique el gel blanqueador en las depresiones de la férula. Generalmente una pequeña gota por diente es suficiente para cubrir los dientes.
Fig 2. Encaje la férula en los dientes y presione levemente para envolverlos con el gel.
Fig 3. Con el dedo o cepillo remueva el exceso de gel. Enjuáguese la boca dos o tres veces con agua.
Fig 4. Utilice el gel conforme preconizado por su odontólogo. Comunique a su odontólogo incomodidad u observación más importante.
Fig 5. Lave bien la férula antes de guardarla y antes de su uso. Guarde el gel en local fresco. Evite exposición
prolongada de la jeringa a la luz. Deseche adecuadamente las jeringas vacías.

Importante: Siga rigurosamente las instrucciones recibidas. El suceso del tratamiento depende de la buena conducción del procedimiento. Caso férula sea removida, recargue la misma antes de ser recolocada.

Informaciones importantes

Es normal durante el blanqueamiento ocurra un aumento de la sensibilidad de los dientes a variaciones de temperatura, principalmente al frío. Tal sensibilidad puede ser tratada y minimizada con algunos tratamientos que su odontólogo prescriba. Consúltelo si la sensibilidad se tornar incomoda. Algunos pacientes pueden sentir leve irritación en la encía, garganta, lengua o labios, generalmente proveniente del uso exceso de gel en la férula. Comunique su odontólogo siempre que perciba alguna reacción mayor o problema. No se auto-medique.

Se recomienda evitar la ingestión de bebidas o alimentos ácidos durante el blanqueamiento porque estas pueden causar aumento de la sensibilidad durante el blanqueamiento. Bebidas o alimentos fuertemente colorados también deben ser evitados para que no halla comprometimiento del proceso de blanqueamiento. Siga rigurosamente las instrucciones de su odontólogo.

Precauciones y Contra-Indicaciones

- El uso del producto debe ser indicado y realizado siempre con el acompañamiento de un odontólogo.
- El producto no es indicado para blanqueamiento en gestantes, lactantes y pacientes menores de 15 años.
- El producto no es recomendado para personas que se hallan sometido reciente mente a cirugía gingival o con inflamación del tejido gingival y personas con reacciones alérgicas al producto.

Conservación y Almacenamiento

Almacenar el producto en temperaturas entre 5 y 20 °C. No congelar el producto. Proteger de la incidencia de la luz solar directa.

Advertencias:

No utilizar el producto fuera del plazo de validad. Para el desecho del producto siga la legislación de su país. Mantener fuera del alcance de los niños

Atendimiento al Profesional:

PDF-XCHANGE Click to buy NOW! www.docu-track.com

+ 55 (47) 34416100
www.fgm.ind.br
fgm@fgm.ind.br

EC REP **Cinterqual**
Av. Ressano Garcia,41 - 1º F
1070234 Lisboa Portugal
Fone: +351 21 3867321

Este material fue fabricado solamente para uso dental y debe ser manipulado de acuerdo con las instrucciones de uso. El fabricante no es responsable por daños causados por otros usos o por manipulación incorrecta. Además de esto, el usuario está obligado a comprobar, antes del empleo y bajo su responsabilidad, si este material es compatible con la utilización deseada, principalmente cuando esta utilización no está indicada en estas instrucciones de uso. Descripciones de datos no constituyen ningún tipo de garantía y, por eso, no poseen cualquier vínculo.

Rev: 04

PASO A PASO